

『医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業』

医療機器研究開発体制強靱化 令和6年度終了課題の事後評価結果

開始年度	終了年度	研究開発代表者	研究代表機関	職名	研究開発課題名
令和4年	令和6年	荒金 徹	東レ株式会社 医療材事業部門 開発グループ	グループリーダー	体外循環用中空糸膜の国内生産体制確立に向けた研究開発
評価		人工肺に用いる PMP 膜の国内生産体制の構築を目指したが、医療機器向けに提供できる PMP 膜の製造技術の確立が未達であり、所期の目標には到達しなかった。			